



JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD CONSILIUL JUDEȚEAN

RO420080 Municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș, Nr.1, Tel:+(40) 263/213657, 215503, Fax: 0263/214750, www.portalbn.ro, E- mail:cjbn@cjbn.ro

Birou achiziții publice, contracte
Nr. VI/13116/05.07.2019

CLARIFICARE 1

Răspuns la solicitarea de clarificare înregistrată cu nr. VI/13116/04.07.2019 referitor la ANUNȚUL DE ACHIZIȚIE având ca obiect furnizare "DEFIBRILATOARE"

Întrebare A. Cerința: Formă de undă bifazică STAR trunchiat exponențială

Solicitare: Referitor la cerința stabilită, menționăm că Forma de undă "STAR" este specifică unui singur producător. Acest lucru restrânge libera participare la prezenta licitație a altor operatori economici.

Astfel, vă rugăm să acceptați modificarea cerinței:

„Formă de undă bifazică”

Răspuns la întrebare : Acceptăm modificarea cerinței: „Formă de undă bifazică”

Întrebare B. Cerința: Domeniu terapeutic: 95J - 354J
Solicitare: Referitor la cerința stabilită, dorim să menționăm că defibrilarea depinde, conform principiilor fizice, de valoarea intensității curentului. Energia, ca mărime fizică, depinde atât de intensitatea curentului, de tensiune, dar și de timp.

O valoare mai mică a intensității curentului, compensată de o lățime mai mare a pulsului aplicat are rezultate superioare unei energii de 354J, reducând totodată efectele adverse negative resimțite de către pacient (arsuri la nivelul tegumentului) pe care o energie ridicată le poate provoca.

Prin urmare, vă rugăm să considerați conform și un:

“Domeniu terapeutic: 200J”

Răspuns la întrebare : Considerăm conform și un “Domeniu terapeutic: 200J”

Întrebare C. Cerința: Valoarea nominală presetată din fabrică: 200 VE, 300 VE, 300VE
Solicitare: Referitor la cerința stabilită, dorim să menționăm, așa cum am precizat anterior, că defibrilarea depinde, conform principiilor fizice, de valoarea intensității curentului. Energia, ca mărime fizică, depinde atât de intensitatea curentului, de tensiune, dar și de timp.

O valoare mai mică a intensității curentului, compensată de o lățime mai mare a pulsului aplicat are rezultate superioare unei energii de 300J, reducând totodată efectele adverse negative resimțite de către pacient (arsuri la nivelul tegumentului).

Prin urmare, vă rugăm să considerați conform și un defibrilator care îndeplinește cerința:

“ Valoarea nominală presetată din fabrică: 200J, 200J, 200J”

Răspuns la întrebare: Considerăm conform și un defibrilator care respectă cerința: “ Valoarea nominală presetată din fabrică: 200J, 200J, 200J”

Întrebare D. Cerința: Baterie cu litiu cu capacitate de 500 șocuri la 150 VE și 450 de șocuri la 200 VE

Solicitare: Referitor la cerința stabilită, dorim să menționăm că monitorizarea pacientului este, de asemenea, importantă în salvarea vieții acestuia. De aceea, capacitatea bateriei nu este relevantă doar din punct de vedere al numărului de șocuri care pot fi administrate. Astfel, vă rugăm să acceptați conform și un defibrilator care respectă cerința: "Baterie cu capacitate de 140 de descărcări la energie maximă sau 6 ore de monitorizare continuă"

Răspuns la întrebare: Acceptăm conform și un defibrilator care respectă cerința: "Baterie cu capacitate de 140 de descărcări la energie maximă sau 6 ore de monitorizare continuă".

Întrebare E. Cerința: Dimensiuni 30 cm x 23 cm x 9 cm

Solicitare: Referitor la cerința stabilită, dorim să menționăm că dimensiunea defibrilatorului nu are nicio relevanță din punct de vedere clinic, limitând libera participare a altor operatori economici la prezenta licitație.

Prin urmare, vă rugăm să acceptați conform și un dispozitiv care îndeplinește următoarea cerință:

„Dimensiuni: 13 cm x 24 cm x 25 cm”

Răspuns la întrebare: Referitor la cerința privind dimensiunile, acceptăm conform și un dispozitiv cu dimensiunile 13 cm x 24 cm x 25 cm, cu specificarea ca și cutia montabilă pe perete să fie corespunzătoare dimensiunii defibrilatorului.

**Șef Birou achiziții publice, contracte,
Elisabeta UNGUREANU**